Testning och utvärdering av patientsäng inför inköp - Rutin på Karlskoga lasarett

Innehållsförteckning

1 Inledning/syfte 1

2 Omfattning/tillämpningsområde 1

3 Ansvar 1

4 Giltighetstid 1

5 Beskrivning 2

6 Bilaga 1 – Utvärdering av patientsäng 4

1 Inledning/syfte

Föreliggande rutin är framtagen i syfte att säkerställa att test, provning och utvärdering av upphandlade patientsängar genomförs innan ny säng köps in till avdelning/enhet. Detta för att minimera riskerna för att sängen ej uppfyller önskade krav när köpet genomförts.

2 Omfattning/tillämpningsområde

Samtliga berörda medarbetare ska vara förtrogen med rutinbeskrivningen.

3 Ansvar

Verksamhetschef och avdelningschef (eller liknande) ansvarar för att samtliga berörda medarbetare får kännedom om denna rutin. Samtliga berörda medarbetare ansvarar för att följa rutinen.

4 Giltighetstid

Föreliggande dokument gäller från datum angivet i dokumenthuvud och till dess att behov av revidering föreligger. Genomgång av rutinen ska ske minst vart 3:e år.

5 Beskrivning

Upphandling/val av testsäng

De patientsängar som kan köpas in är sängar som är upphandlade. Inför inköp av nya patientsängar kontrolleras vilka sängar som finns på avtal. Förslagsvis begärs test av säng in av alla de leverantörer som har sin säng på avtal i Region Örebro län. Begär att få ha sängen på test i minst 2 veckor.

Testning
När patientsängen testas skall följande tas i beaktande för utvärdering samt sammanställas och användas för jämförelse mellan sängar om flera testas, se Bilaga 1.

Sängen skall testas och utvärderas utifrån flera perspektiv:

- ✓ Användningsområde – var används sängen mest, efterfrågas specifika funktioner
- ✓ Patientsäkerhet
- ✓ Personalsäkerhet
- ✓ Ergonomi
- ✓ Hygien
- ✓ Transport
- ✓ Ekonomi

Samverkan
När patientsängen finns på avdelning/enhet för testning ska övriga avdelningar/enheter som kan bli berörda av användandet av sängen, bjudas in för att testa och lämna åsikter till utvärderingen.

Exempel på avdelningar/enheter som kan bli berörda är:

- ✓ Röntgen
- ✓ Transport
- ✓ Patologen
- ✓ Rehab
- ✓ IVA/UVA

Förflyttningsinstruktörer på testande avdelning ska involveras i test/utvärdering utifrån det ergonomiska perspektivet.

Utbildningsledare ska informeras om att sängar testas och kan vid behov involveras i test och utvärdering.

Utvärdering
Efter testperiodens slut sammanställs utvärderingarna och värderas gentemot de perspektiv som tidigare nämnts. Beslut tas vilken säng som ska köpas in utifrån ett samlat omdöme med ovanstående som underlag.

Undantag
Rutinen avser patientsäng, ej andra specialsängar såsom ex. IVA-sängar. Delar av rutinen, t.ex. Bilaga 1, kan användas vid inköp av specialsängar. Inköp av denna typ av sängar ska samordnas av Medicinsk Teknik (MTA).

Dokumentation

Dokumentera och sammanställ utvärderingarna.

6 Bilaga 1 – Utvärdering av patientsäng

Notera storlek/ kg där det efterfrågas. Notera Ja eller Nej där egenskap/funktion efterfrågas om den finns. Där t.ex. *Transport* efterfrågas, notera under övriga kommentarer hur sängen upplevs, fungerat. Beskriv gärna under kommentarer på vilket sätt vissa delar fungerar (bra/dåligt/lätt/tung osv.) där egenskap efterfrågas.

	Namn säng 1:	Namn säng 2:	Namn säng 3:	Övriga kommentarer:
Sängenheten:				
Max patientvikt:				
Storlek säng L x B:				
Storlek hjul, cm:				
5:e hjul – finns som tillbehör				
Sängförlängning – integrerad/ ej integrerad				
Sektioner sängbotten, antal				
Fotpedaler för styrning				
Lägsta läge på sängen från golv				
Utrymme för lyft under sängen				
Madrasstopp på sängbotten				
Justering för olika madrass-storlekar				
CPR – manuell/ på dosa/ båda funktionerna				
Inbyggd gradskiva på huvuddel				
Sladdar och ev. fäst-anordningar för dessa				
Grindar:				
Vikt sänggrindar				
Grindar – borttagning				
Grindar - att fälla ner och ta upp				
Grindar – klämrisk för pat. eller personal				
Extra hög grind finns som tillbehör				

	Namn säng 1:	Namn säng 2:	Namn säng 3:	Övriga kommentarer:
Grindhöjd vid sittning på sängkant				
Hygien:				
Rengöring grindar				
Rengöring sängenhet				
Manöverdosa:				
Låsfunktioner dosa				
Användarvänlig				
Annan manöverpanel än dosa				
Gavlar:				
Borttagning av gavlar				
Vikt gavlar/hanterbarhet				
Fast gavelhöjd vid höjning av säng				
Ergonomi:				
Förflyttning säng till säng m. madrass				
Positionering intill sängen vid patientarbete				
Evakuering med brandlakan				
Ergonomi vid transport				
Helhetsergonomi				
Batteri:				
Batteridrift cykler				
Transport (med/utan belastning i säng):				
Plana ytor				
Nedåtlut (provkör från driften i backen ner mot patologen)				
Hissar				
Övriga utrymmen				

	Namn säng 1:	Namn säng 2:	Namn säng 3:	Övriga kommentarer:
Övrigt:				
Utbildning av företaget till personal ingår/ingår ej				
Miljövänligt material				
Valbara färgval på ex. gavlar				
Kostnad sängenhet + ev. tillbehör				
Serviceintervall/ hur ofta/ av vem				
Övriga kommentarer:				